



scm-dgo

Service de Contrôle des Médicaments

www.apb.be

+32 (0)2 285 42 51
+32 (0)2 285 42 84
dgo_scm@apb.be

rue Stevin137
1000 Bruxelles
Belgique



Utilisez **ici** l'application web **Retraits** pour enregistrer vos produits



Liste de retrait 01/08/2018 Pour non-conformité

Autres : dispositif médical

A la demande de la firme

| Nom du produit | Forme galénique | Détenteur d'autorisation | Numéro(s) de(s) lot(s) | Raison |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Durex Real Feeling Condom CNK 3188 489 | Boîte 10 pièces | Reckitt Benckiser | 1000444370 1000434066 1000433145 1000423840 | Résistance au déchirement non conforme avant la date péremption |

Ces produits sont à retourner le plus rapidement possible au SCM.
Après le **15 septembre 2018** ceux-ci ne seront plus crédités.

S. SARRE, Dr. Sc. Ph.
Directeur du S.C.M.